

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTO A CALIBRAR:

INSTRUMENTO : REGISTRADOR DE TEMPERATURA

FABRICANTE : AKO

MODELO : 157695

Nº DE SERIE : 154500325/3

ESCALA : -50+200 °C

DIVISION ESCALA : 0,1

INMERSION : TOTAL

CODIGO INTERNO: CAMARA 3

PETICIONARIO : ORBE,S.A.
POL.IND.A REIGOSA,PARC.13
36827 PONTECALDELAS

FECHA CALIBRACION : 26/11/2021

FECHA PROXIMA CALIBRACION : 26/11/2022
(RECOMENDADA)

PROCESO DE CALIBRACION

1.PATRON UTILIZADO: DATA LOGGER DE TEMPERATURA

MARCA DATA TRACE
MODELO MP111
Nº DE SERIE M3T50221
CERTIFICADO: 70380

2. PROCEDIMIENTO UTILIZADO: PROCEDIMIENTO INTERNO TEINCO P.G.C.-TER-96.02.

3. CONDICIONES AMBIENTALES:

TEMP. AMBIENTE	22	°C
HUMEDAD REL.	60	%

RESULTADO DE LA CALIBRACION :

Se considera la lectura del instrumento en la siguiente tabla como la media de los valores tomados para cada temperatura de referencia en la calibración.

TEMPERATURA DE REFERENCIA °C	LECTURA INSTRUMENTO °C	CORRECCION °C	INCERTIDUMBRE
-18,54	-18,2	-0,34	± 0,11

El valor de la incertidumbre ofrecido se obtiene multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura K=2 que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura del 95 %

La incertidumbre de medida se ha determinado según el documento EA-4/02.

La corrección indicada no está incluida en el cálculo de la incertidumbre.

LABORATORIO DE CONTROL :

AUTOMATISMOS TEINCO,S.L.

Fdo: JORGE GRANDAL



Fecha de extensión del Certificado de Calibración :

Vigo, a 26/11/2021